

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

SEDAČKY POD SPRCHU



Sedačka pod sprchu
typ:

509
537 A
537 B
539
539 A
540
541



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

SEDAČKY POD SPRCHU



Sedačka pod sprchu
typ:

509
537 A
537 B
539
539 A
540
541



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POUŽITÍ : Sedačky pod sprchu tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavenou sprchu. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Typ 537 A : Rám sedačky, který je vyroben z vylehčených duralových trubek, je doplněn plastovým hygienickým sedátkem a plastovou opěrkou zad. Opěrné nohy, které umožňují výškové nastavení sedačky v pěti polohách (viz. Tabulka velikostí), jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci. Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí stlačením aretační pojistky opěrné nohy ve dvou bodech proti sobě. Po následném nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) a uvolnění aretační pojistky, tato pojistka samočinně zajistí opěrnou nohu ve zvolené poloze .

Typ 537 B : Tento model je v základním provedení dodáván bez plastové opěrky zad, jinak je shodný s typem 537 A.

Typ 541: Vychází z modelu 537A a má navíc hygienický výřezem v sedátku.

Typ 539 : Pevný rám sedačky je vyroben z povrchově upravených ocelových trubek, doplněn plastovým hygienickým sedátkem. Opěrné nohy jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci.

Typ 539 A : Tento model shodný s typem 539 je ve svém standardním provedení vybaven výškově nastavitelným rámem. Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí po vyjmutí blokovací pojistky opěrné nohy. Po následném vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy, se kolíkem této pojistky opěrná noha opět zajistí v nově zvolené poloze.

Typ 509 a 540 : Pevný rám sedačky je vyroben z povrchově upravených duralových trubek, doplněn hygienickým sedátkem (typ 540) Opěrné nohy jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci. Typ 509 má kulaté pevné sedátko s průměrem 33 cm.

Tabulka rozměrů :

Typ	Výška sedu (cm)	Max. zatížení (kg)	Celková šířka (cm)
509	42 - 52	100	50
537 A	37 - 47	100	50
537 B	37 - 47	100	50
539	51	160	46
539 A	47 - 59	160	46
540	47 - 57	130	53
541	36 - 46	100	50

ÚDRŽBA : Sedačku lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte.

VAROVÁNÍ : Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s madlem viz. katalog DMA Praha s.r.o.

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.

POUŽITÍ : Sedačky pod sprchu tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavenou sprchu. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Typ 537 A : Rám sedačky, který je vyroben z vylehčených duralových trubek, je doplněn plastovým hygienickým sedátkem a plastovou opěrkou zad. Opěrné nohy, které umožňují výškové nastavení sedačky v pěti polohách (viz. Tabulka velikostí), jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci. Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí stlačením aretační pojistky opěrné nohy ve dvou bodech proti sobě. Po následném nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) a uvolnění aretační pojistky, tato pojistka samočinně zajistí opěrnou nohu ve zvolené poloze .

Typ 537 B : Tento model je v základním provedení dodáván bez plastové opěrky zad, jinak je shodný s typem 537 A.

Typ 541: Vychází z modelu 537A a má navíc hygienický výřezem v sedátku.

Typ 539 : Pevný rám sedačky je vyroben z povrchově upravených ocelových trubek, doplněn plastovým hygienickým sedátkem. Opěrné nohy jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci.

Typ 539 A : Tento model shodný s typem 539 je ve svém standardním provedení vybaven výškově nastavitelným rámem. Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí po vyjmutí blokovací pojistky opěrné nohy. Po následném vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy, se kolíkem této pojistky opěrná noha opět zajistí v nově zvolené poloze.

Typ 509 a 540 : Pevný rám sedačky je vyroben z povrchově upravených duralových trubek, doplněn hygienickým sedátkem (typ 540) Opěrné nohy jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci. Typ 509 má kulaté pevné sedátko s průměrem 33 cm.

Tabulka rozměrů :

Typ	Výška sedu (cm)	Max. zatížení (kg)	Celková šířka (cm)
509	42 - 52	100	50
537 A	37 - 47	100	50
537 B	37 - 47	100	50
539	51	160	46
539 A	47 - 59	160	46
540	47 - 57	130	53
541	36 - 46	100	50

ÚDRŽBA : Sedačku lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte.

VAROVÁNÍ : Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků ! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s madlem viz. katalog DMA Praha s.r.o.

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.